

Stieber Bt.  
1181 Bp., Nyerges u. 6.  
Tel: 297-3130, 295-3642  
Megrendelés száma: M 748/2013

Nyomás és hőmérséklet mérések  
Kalibrálólaboratóriuma

Bizonyítvány száma: N 132/2013

## KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY

Megnevezés: Gázveszély-jelző műszer  
Típusa: Honeywell H450EN  
Gyári száma: 5040003522813  
Azonosítószám: 5.  
A megrendelő neve és címe: Honeywell Szabályozástechnikai Kft.  
1139 Budapest, Petneházy u. 2-4.

**A kalibráláshoz alkalmazott használati etalonok gyári száma, hitelesítési bizonyítványának száma és kelte:**

MGH1794, GKL.Kbiz-191/2012, 2012.11.12; 0537A, GKL.Kbiz-160/2013, 2013.07.18;  
Gázkeverő, Thermo Model 146, Gyári szám: 146-063-001, OMSZ 013/2011

**Mérési módszer:** összehasonlítás hiteles gáz etalonnal

A környezeti hőmérséklet: 25 °C  
A légköri nyomás: 1010 hPa

**A mérési eredmények:**

Vizsgálati pontok	Minősítés
70 ppm (1-3 óra)	Megfelelt
330 ppm (<3 perc)	Megfelelt
500 ppm (<5 perc)	Megfelelt

A kalibrálás helye: 1181 Budapest, Nyerges u. 6.  
A kalibrálás időpontja: 2013.07.31.  
A bizonyítvány kiadásának dátuma: 2013.08.02.

A bizonyítvány oldalainak száma: 1

A bizonyítvány kiadta:

A kalibrálást végezte: Meizner Zsolt



A jelen bizonyítvány csak teljes formájában érvényes és másolható, kivonatos másolat csak a bizonyítványt kibocsátó szervezet hozzájárulásával készíthető.